



光鹽檢測科技股份有限公司

Light-Salt Testing Co., Ltd.

## 分析檢驗報告

委託編號：10907066  
報告日期：109 年 08 月 10 日  
委託單位：京曜生醫有限公司  
採樣方式： 本公司採樣  委託單位採樣  
備註：本報告封面1頁，樣品檢測報告3頁，  
共計4頁，報告分離使用無效。

光鹽檢測科技股份有限公司

Light-Salt Testing Co., Ltd.

地址：高雄市路竹區路科二路 63 號 3 樓

電話：07-6955945 傳真：07-6955948



光鹽檢測科技股份有限公司  
Light-Salt Testing Co., Ltd.

## 檢驗報告 Test Report

報告編號：10907066  
委託單位：京曜生醫有限公司  
採樣單位：京曜生醫有限公司  
樣品特性：液體

報告日期：109/08/10  
採樣日期：---  
收樣日期：109/07/28  
測試日期：109/07/29

| 樣品名稱 (編號)   | CV19-XH<br>CV19-XW<br>CV19-XHW | 檢測方法 | 方法偵測極限 |
|---|--------------------------------|------|--------|
| 測試項目  | 測試結果                           |      |        |
| Anti-SARS-CoV-2<br>pseudovirus infection assay  | 如附表                            | 如附表  |        |
| 備註：<br>1. 低於方法偵測極限之測定值以“N.D.”表示。<br>2. 因樣品特性無法檢測之陰離子以“-”表示。<br>3. 本報告不得分離使用，分離使用無效。<br>4. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。 |                                |      |        |



  
報告簽署人



## 檢驗報告 Test Report

### 附表

測試項目： Anti-SARS-CoV-2 pseudovirus infection assay

| 基本資料         |  |                   |                            |
|--------------|--|-------------------|----------------------------|
| 樣品數量         | 3  | 樣品名稱              | CV19-XH, CV19-XW, CV19-XHW |
| 分析材料與方法      |  |                   |                            |
| 細胞株          | HepG2 cell (DMEM)                                  | 病毒                | SARS-CoV-2 pseudovirus     |
| 測試條件         | CV19-XH: 2.5%<br>CV19-XW: 0.16%<br>CV19-XHW: 0.16% | 測試時間              | 24 hours                   |
| 分析套件         | Nano-Glo® Luciferase Assay System (Promega)        |                   |                            |
| 結果           |  |                   |                            |
| 測試條件         | 原始發光訊號強度   | 抑制比例 %<br>(對照百分比) |                            |
| Mock control | 23640.4 ± 494.5                                    | 0%                |                            |
| CV19-XH      | 20108.5 ± 1333.8                                   | 14.9%             |                            |
| CV19-XW      | 18506.4 ± 1813.5                                   | 21.7%             |                            |
| CV19-XHW     | 12918.3 ± 869.5                                    | 45.4%             |                            |



光鹽檢測科技股份有限公司  
Light-Salt Testing Co., Ltd.

## 檢驗報告 Test Report

樣品照片



LST